

國立清華大學原子科學技術發展中心  
人員體外輻射劑量監測紀錄表

單位代號：0165

單位名稱：國立中央大學

單位地址：中壢市五權里中大路300號 環安中心

使用劑量佩章種類：(●) 光刺激發光劑量佩章(光子+貝他) ( ) 中子劑量佩章

使用期間：2018/12/01 至 2018/12/31

報告序號：001652019012301



姓名	身分證字號	本期個人等效劑量(毫西弗)		年累積個人等效劑量(毫西弗)		五年累積劑量(毫西弗)	備註
		Hp(10)	Hp(0.07)	Hp(10)	Hp(0.07)		
背景片	165****	0.12	0.11				正常
陳怡君	C22090****	B	B	B	B	B	
李宜學	F12760****	B	B	B	B	B	
林尚潔	F22380****	B	B	B	B	B	
陳盛良	H12067****	B	B	B	B	B	
王健家	H12128****	B	B	B	B	B	
劉士賢	K12042****	B	B	B	B	B	
郭炫佑	S12231****	B	B	B	B	B	
	~以下空白~						

劉士賢  
輻專師字第00815號

第 1/1 頁(累計人數：8)

核發單位：國立清華大學原子科學技術發展中心

人員劑量實驗室

電話：(03) 5742885 傳真：(03) 5714110

地址：(30013) 新竹市光復路二段101號

核發：報告簽署人：許芳裕

日期：2019/01/23

註：1. 低於最低可測值，劑量以B表示，(即接近自然背景劑量)。

2. 場所主管應審查劑量紀錄後簽名或蓋章，並至少公告二週。

場所主管：

3. 本紀錄表各欄代表意義及相關規定請參閱背面說明。

環境保護安全衛生中心  
中心主任 李岱洲

**國立清華大學原子科學技術發展中心  
人員體外輻射劑量監測紀錄表**

單位代號：0165

單位名稱：國立中央大學

單位地址：中壢市五權里中大路300號 環安中心

使用劑量佩章種類：(v)指環熱發光劑量佩章

使用期間：2018年12月01日至2018年12月31日

報告序號：R01652019012301

姓 名	身分證字號	本期個人等效劑量(毫西弗)	年累積個人等效劑量(毫西弗)	備 註
		Hp(0.07)	Hp(0.07)	
陳怡君	C22090****	0.00	0.00	

劉士賢  
輻專師字第00815號

核發單位：國立清華大學原子科學技術發展中心

第 1 / 1 頁 (累計人數： 1 )

人員劑量實驗室

核發：報告簽署人：許芳裕

電話：03-5742885 傳真：03-5714110

日期：01/23/2019

地址：(30013)新竹市光復路二段101號

註：1. 低於最低可測值，劑量以0表示，(即接近自然背景劑量)。

場所主管：

2. 場所主管應審查劑量紀錄後簽名或蓋章，並至少公告二週。

3. 本紀錄表各欄代表意義及相關規定請參閱背面說明。

0165 國立中央大學  
OSLD測試片劑量  
107年12月份

編號	Hd	Hs
1	0.11	0.10
2	0.14	0.15
3	0.14	0.16
4	0.16	0.14
5	E	E
6	0.10	0.09
7	0.14	0.15
8	0.17	0.16
9	0.17	0.17
11	0.16	0.17
12	0.16	0.15
13	0.11	0.10
14	0.16	0.15
15	0.15	0.14
16	0.13	0.12
17	0.14	0.14
20	0.10	0.09
21	0.14	0.14
22	0.14	0.14
~以下空白~		

劉士賢  
輻專師字  
第00815號

第 1/1 頁(累計筆數：19)

- 註：1. 清華平均背景參考值      Hd : 0.13 , Hs : 0.12  
 2. 本報告劑量單位為毫西弗 (mSv)  
 3. 本報表非正式報表，僅供參考。  
 4. 本測試不適用異常曝露。  
 5. 環境Hd名稱未來將改用周圍等效劑量H\*(10)  
 環境Hs名稱未來將改用定向等效劑量H<sub>d</sub>(0.07, Ω)  
 6. 劑量標記"E"為卡片未寄回。

清華大學人員劑量實驗室報告簽署人： 報告簽署人：許芳裕

環境保護暨安全衛生中心  
中心主任 李岱洲

