

國立清華大學原子科學技術發展中心  
人員體外輻射劑量監測紀錄表

單位代號：0165

單位名稱：國立中央大學

單位地址：中壢市五權里中南路300號 環安中心

使用劑量徽章種類：(●) 光刺激發光劑量徽章(光子+貝他) ( ) 中子劑量徽章

使用期間：2019/01/01 至 2019/01/31

報告序號：001652019032501



姓名	身分證字號	本期個人等效劑量(毫西弗)		年累積個人等效劑量(毫西弗)		五年累積劑量(毫西弗)	備註
		Hp(10)	Hp(0.07)	Hp(10)	Hp(0.07)	Hp(10)	
背景片	165****	0.20	0.19				正常
陳怡君	C22090****	B	B	B	B	B	
李宜學	F12760****	B	B	B	B	B	
林尚潔	F22380****	B	B	B	B	B	
陳盛良	H12067****	B	B	B	B	B	
王健家	H12128****	B	B	B	B	B	
劉士賢	K12042****	B	B	B	B	B	
郭炫佑	S12231****	B	B	B	B	B	
	~以下空白~						

劉士賢  
輻專師字  
第00815號

第 1/1 頁(累計人數：8)

核發單位：國立清華大學原子科學技術發展中心

人員劑量實驗室

電話：(03) 5742885 傳真：(03) 5714110

地址：(30013) 新竹市光復路二段101號

核發：報告簽署人：許芳裕

日期：2019/03/25

註：1. 低於最低可測值，劑量以B表示，(即接近自然背景劑量)。

2. 場所主管應審查劑量紀錄後簽名或蓋章，並至少公告二週。

3. 本紀錄表各欄代表意義及相關規定請參閱背面說明。

場所主管：環境保護暨安全衛生中心 中心主任 李岱洲

**國立清華大學原子科學技術發展中心  
人員體外輻射劑量監測紀錄表**

單位代號: 0165

單位名稱: 國立中央大學

單位地址: 中壢市五權里中大路300號 環安中心

使用劑量佩章種類: (v)指環熱發光劑量佩章

使用期間: 2019年01月01日至2019年01月31日

報告序號: R01652019032201

姓名	身分證字號	本期個人等效劑量(毫西弗)	年累積個人等效劑量(毫西弗)	備註
		Hp(0.07)	Hp(0.07)	
陳怡君	C22090****	0.00	0.00	

劉士賢  
輻專師字  
第00815號

核發單位: 國立清華大學原子科學技術發展中心

人員劑量實驗室

電話: 03-5742885 傳真: 03-5714110

地址: (30013)新竹市光復路二段101號

第 1 / 1 頁 (累計人數: 1)

核發: **報告簽署人: 許芳裕**

日期: 03/22/2019

- 註: 1. 低於最低可測值, 劑量以0表示, (即接近自然背景劑量)。  
2. 場所主管應審查劑量紀錄後簽名或蓋章, 並至少公告二週。  
3. 本紀錄表各欄代表意義及相關規定請參閱背面說明。

場所主管:

環境保護暨安全衛生中心  
中心主任 **李岱洲**



## 0165 國立中央大學

## OSLD測試片劑量

108年01月份

編號	Hd	Hs
1	0.12	0.12
2	0.21	0.22
3	0.16	0.16
4	0.20	0.20
5	0.14	0.12
6	0.21	0.21
7	0.22	0.23
8	0.22	0.23
9	0.23	0.24
11	0.23	0.22
12	0.18	0.18
13	0.20	0.18
14	0.20	0.19
15	0.27	0.27
16	0.21	0.21
17	0.18	0.17
20	0.22	0.22
22	0.23	0.23
~以下空白~		

✓  
環境保護暨安全衛生中心  
中心主任 李岱洲

劉士賢  
輻專師字  
第00815號

第 1/1 頁(累計筆數:18)

註：1. 清華平均背景參考值 Hd：0.14，Hs：0.14

2. 本報告劑量單位為毫西弗 (mSv)

3. 本報表非正式報表，僅供參考。

4. 本測試不適用異常曝露。

5. 環境Hd名稱未來將改用周圍等效劑量H\*(10)

環境Hs名稱未來將改用定向等效劑量H, (0.07, Ω)

6. 劑量標記"E"為卡片未寄回。

清華大學人員劑量實驗室報告簽署人：報告簽署人:許芳裕

