

國立清華大學人員體外輻射劑量監測紀錄表

單位代號：0165

單位名稱：國立中央大學

單位地址：中壢市五權里中大路300號 環安中心


使用劑量徽章種類：(●) 光刺激發光劑量徽章(光子+貝他) () 中子劑量徽章

使用期間：2022/07/01 至 2022/07/31

報告序號：001652022082401



姓名	身分證字號	本期個人等效劑量(毫西弗)		年累積個人等效劑量(毫西弗)		五年累積劑量(毫西弗)	備註
		Hp(10)	Hp(0.07)	Hp(10)	Hp(0.07)	Hp(10)	
背景片	165****	0.12	0.12				
陳怡君	C22090****	B	B	B	B	B	
林尚潔	F22380****	B	B	B	B	B	
陳盛良	H12067****	B	B	B	B	B	
王健家	H12128****	B	B	B	B	B	
安媿卡	HD3040****	B	B	B	B	B	
劉士賢	K12042****	B	B	B	B	B	
郭炫佑	S12231****	-	-	-	-	-	E
	~以下空白~						



第 1/1 頁(累計人數：8)

核發單位：國立清華大學人員劑量實驗室

電話：(03) 5742885 傳真：(03) 5714110

地址：(30013) 新竹市光復路二段101號

核發：報告簽署人：許芳裕

日期：2022/08/24

註：1. 低於最低可測值，劑量以B表示，(即接近自然背景劑量)。

2. 場所主管應審查劑量紀錄後簽名或蓋章，並至少公告二週。

3. 本紀錄表各欄代表意義及相關規定請參閱背面說明。

場所主管：



國立清華大學人員體外輻射劑量監測紀錄表

單位代號：165

單位名稱：國立中央大學

單位地址：中壢市五權里中大路300號 環安中心

使用劑量徽章種類：(v)指環熱發光劑量徽章

使用期間：2022年7月1日至2022年7月31日

報告序號：R01652022082401

姓 名	身分證字號	本期個人等效劑量(毫西弗)	年累積個人等效劑量(毫西弗)	備 註
		Hp(0.07)	Hp(0.07)	
背景片 陳怡君	165 C22090****	B B	B	



核發單位：國立清華大學人員劑量實驗室

電話：(03)5742885 傳真：(03)5714110

地址：(30013) 新竹市光復路二段 101 號

第1 / 1 頁 (累計人數：2)

註：1. 低於最低可測值，劑量以 0 表示，(即接近自然背景劑量)。

2. 場所主管應審查劑量紀錄表後簽名或蓋章，並至少公告二週。

3. 本紀錄表各欄代表意義及相關規定請參閱背面說明。

核發：報告簽署人：許芳裕

日期：2022/08/24

場所主管：



0165 國立中央大學
OSLD測試片劑量
111年7月份

編號	Hd	Hs
1	0.10	0.10
2	0.09	0.10
3	0.10	0.10
4	0.09	0.10
5	0.09	0.10
6	0.10	0.10
7	0.12	0.11
8	0.09	0.10
9	0.11	0.11
11	0.12	0.12
13	0.09	0.10
14	0.13	0.13
15	0.11	0.11
20	0.10	0.10
21	0.10	0.10
22	E	E
~以下空白~		

環境放射線安全健康中心
中心主任 李岱洲

劉士賢
輻專師字
第00815號



第 1/1 頁(累計筆數:16)

- 註：1. 清華平均背景參考值 Hd：0.1，Hs：0.1
 2. 本報告劑量單位為毫西弗 (mSv)
 3. 本報表非正式報表，僅供參考。
 4. 本測試不適用異常曝露。
 5. 環境Hd名稱未來將改用周圍等效劑量H*(10)
 環境Hs名稱未來將改用定向等效劑量H, (0.07, Ω)
 6. 劑量標記"E"為卡片未寄回。

國立清華大學人員劑量實驗室報告簽署人： 報告簽署人:許芳裕

國立清華大學人員體外輻射劑量監測紀錄表

單位代號：0165

單位名稱：國立中央大學

單位地址：中壢市五權里中大路300號 環安中心

使用劑量佩章種類：(●) 光刺激發光劑量佩章(光子+貝他) () 中子劑量佩章

使用期間：2022/07/01 至 2022/7/31

報告序號：001652022092301



姓名	身分證字號	本期個人等效劑量(毫西弗)		年累積個人等效劑量(毫西弗)		五年累積劑量(毫西弗)	備註
		Hp(10)	Hp(0.07)	Hp(10)	Hp(0.07)	Hp(10)	
郭炫佑	S12231**** ~以下空白~	B	B	B	B	B	

劉士賢
輻專師字
第00815號

第 1/1 頁(累計人數：1)

核發單位：國立清華大學人員劑量實驗室

電話：(03) 5742885 傳真：(03) 5714110

地址：(30013) 新竹市光復路二段101號

核發：報告簽署人：許芳裕

日期：2022/09/23

註：1. 低於最低可測值，劑量以B表示，(即接近自然背景劑量)。

2. 場所主管應審查劑量紀錄後簽名或蓋章，並至少公告二週。

3. 本紀錄表各欄代表意義及相關規定請參閱背面說明。


場所主管： 

0165 國立中央大學
OSLD測試片劑量
111年07月份

編號	Hd	Hs
22 ~以下空白~	0.18	0.18

劉士賢
中心主任 李岱洲

劉士賢
輻專師字
第00815號



第 1/1 頁(累計筆數:1)

- 註：1. 清華平均背景參考值 Hd：0.1，Hs：0.11
 2. 本報告劑量單位為毫西弗 (mSv)
 3. 本報表非正式報表，僅供參考。
 4. 本測試不適用異常曝露。
 5. 環境Hd名稱未來將改用周圍等效劑量H*(10)
 環境Hs名稱未來將改用定向等效劑量H, (0.07, Ω)
 6. 劑量標記"E"為卡片未寄回。

國立清華大學人員劑量實驗室報告簽署人：報告簽署人:許芳裕