

國立清華大學人員體外輻射劑量監測紀錄表

單位代號：0165

單位名稱：國立中央大學

單位地址：中壢市五權里中大路300號 環安中心

使用劑量佩章種類：(●) 光刺激發光劑量佩章(光子+貝他) () 中子劑量佩章

使用期間：2023/01/01 至 2023/01/31

報告序號：001652023022201



姓名	身分證字號	本期個人等效劑量(毫西弗)		年累積個人等效劑量(毫西弗)		五年累積劑量(毫西弗)	備註
		Hp(10)	Hp(0.07)	Hp(10)	Hp(0.07)	Hp(10)	
背景片	165****	0.16	0.17				
陳怡君	C22090****	B	B	B	B	B	
林尚潔	F22380****	B	B	B	B	B	
陳盛良	H12067****	B	B	B	B	B	
王健家	H12128****	B	B	B	B	B	
安媞卡	HD3040****	B	B	B	B	B	
劉士賢	K12042****	B	B	B	B	B	
郭炫佑	S12231****	B	B	B	B	B	
	~以下空白~						

劉士賢
輻專師字
第00815號

第 1/1 頁(累計人數：8)

核發單位：國立清華大學人員劑量實驗室

電話：(03) 5742885 傳真：(03) 5714110

地址：(30013) 新竹市光復路二段101號

核發：報告簽署人：許芳裕

日期：2023/02/22

註：1. 低於最低可測值，劑量以B表示，(即接近自然背景劑量)。

2. 場所主管應審查劑量紀錄後簽名或蓋章，並至少公告二週。

3. 本紀錄表各欄代表意義及相關規定請參閱背面說明。

場所主管：

江康鈺
環境保護暨安全衛生中心
中心主任 江康鈺

0165 國立中央大學
OSLD測試片劑量
112年1月份

編號	Hd	Hs
1	0.11	0.11
2	0.10	0.10
3	0.11	0.11
4	0.11	0.11
5	0.09	0.10
6	0.09	0.10
7	0.14	0.14
8	0.14	0.14
9	0.16	0.18
11	0.14	0.14
13	0.13	0.13
14	0.14	0.13
15	0.14	0.12
20	0.09	0.10
21	0.13	0.12
22	0.13	0.13
~以下空白~		

國立清華大學安全衛生中心
中心主任 江康鈺

劉士賢
輻專師字
第00815號



第 1/1 頁(累計筆數：16)

註：1. 清華平均背景參考值 Hd：0.1，Hs：0.11

2. 本報告劑量單位為毫西弗 (mSv)

3. 本報表非正式報表，僅供參考。

4. 本測試不適用異常曝露。

5. 環境Hd名稱未來將改用周圍等效劑量H*(10)

環境Hs名稱未來將改用定向等效劑量H, (0.07, Ω)

6. 劑量標記"E"為卡片未寄回。

國立清華大學人員劑量實驗室報告簽署人：報告簽署人:許芳裕