

國立清華大學 人員體外輻射劑量測試報告

單位代號：0165 單位名稱：國立中央大學

單位地址：中壢市五權里中大路300號 環安中心

使用劑量徽章種類：(●) 劑量徽章(光子+貝他) () 劑量徽章(中子)

收件日期：2023/10/01 至 2023/10/19 計讀日期：2023/10/18

使用期間：2023/09/01 至 2023/09/30

報告序號：001652023102001



姓名	身分證字號	本期個人等效劑量(毫西弗)		年累積個人等效劑量(毫西弗)		五年累積劑量(毫西弗)	備註
		Hp(10)	Hp(0.07)	Hp(10)	Hp(0.07)	Hp(10)	
背景片	165****	0.11	0.10				
陳怡君	C22090****	B	B	B	B	B	
林尚潔	F22380****	B	B	B	B	B	
陳盛良	H12067****	B	B	B	B	B	
王健家	H12128****	B	B	B	B	B	
安妮卡	HD3040****	B	B	B	B	B	
劉士賢	K12042****	B	B	B	B	B	
郭炫佑	S12231****	B	B	B	B	B	
	~以下空白~						

劉士賢
輻專師字
第00815號

第 1/1 頁(累計人數：8)

實驗室名稱：人員劑量實驗室

電話：(03) 5742885 傳真：(03) 5714110

地址：(30013) 新竹市光復路二段101號李存敏館413室

報告簽署人：報告簽署人:許芳裕

核發日期：2023/10/20

單位主管：

註：1. 低於最低可測值，劑量以B表示，(即接近自然背景劑量)。

2. 場所主管應審查劑量紀錄後簽名或蓋章，並至少公告二週。

3. 本紀錄表各欄代表意義及相關規定請參閱背面說明。

環安中心
主任江康鈺

112.11.01

0165 國立中央大學
OSLD測試片劑量
112年9月份

編號	Hd	Hs
1	0.10	0.10
2	0.09	0.10
3	0.09	0.10
4	0.09	0.10
5	0.10	0.12
6	0.09	0.10
7	0.10	0.10
8	0.09	0.10
9	0.11	0.10
11	0.09	0.10
13	0.12	0.12
14	0.11	0.10
15	0.10	0.10
20	0.12	0.11
21	0.09	0.10
22	0.11	0.11
~以下空白~		

✓
 環境輻射安全衛生中心江康
 中心主任江康

112.11.01

劉士賢
 輻專師字
 第00815號



第 1/1 頁(累計筆數：16)

- 註：1. 清華平均背景參考值 Hd：0.09，Hs：0.1
 2. 本報告劑量單位為毫西弗 (mSv)
 3. 本報表非正式報表，僅供參考。
 4. 本測試不適用異常曝露。
 5. 環境Hd名稱未來將改用周圍等效劑量H*(10)
 環境Hs名稱未來將改用定向等效劑量H, (0.07, Ω)
 6. 劑量標記"E"為卡片未寄回。

國立清華大學人員劑量實驗室報告簽署人：報告簽署人:許芳裕